



Apêndice 1

Gráficos das medições no ponto fixo da prata


Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 12/12/2001
 Entre 10:00 e 12:00: F.e.m. média: 16120,576µV - Desvio padrão: 0,052µV - DPM: 2,89E-4µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,276µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 13/12/2001
 Entre 12:35 e 15:15: F.e.m. média: 16120,594µV - Desvio padrão: 0,052µV - 3,82E-4µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,294µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 14/12/2001
 Entre 17:00 e 18:00: F.e.m. média: 16120,619µV - Desvio padrão: 0,050 µV - 9,88E-4µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,319µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 26/12/2001
 Entre 17:30 e 22:30: F.e.m. média: 16120,726µV - Desvio padrão: 0,042µV - DPM: 1,64E-4µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,426µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 27/12/2001
 Entre 11:00 e 13:30: F.e.m. média: 16120,564µV - Desvio padrão: 0,040µV - DPM: 3,12E-4µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,264µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 07/01/2002
 Entre 16:30 e 18:30: F.e.m. média: 16120,640µV - Desvio padrão: 0,050µV - DPM: 4,84E-4µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,340µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 08/01/2002
 Entre 10:30 e 14:30: F.e.m. média: 16120,503µV - Desvio padrão: 0,046µV - DPM: 1,29E-4µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,203µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 09/01/2002
 Entre 12:30 e 15:00: F.e.m. média: 16120,602µV - Desvio padrão: 0,060µV - DPM: 4,98E-4µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,302µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 09/01/2002
 Entre 17:30 e 22:00: F.e.m. média: 16120,593µV - Desvio padrão: 0,045µV - DPM: 1,95E-4µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,293µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 06/02/2002
 Entre 18:00 e 0:00: F.e.m. média: 16120,669µV - Desvio padrão: 0,041µV - DPM: 1,32E-4µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,369µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 07/02/2002
 Entre 15:00 e 17:30: F.e.m. média: 16120,619µV - Desvio padrão: 0,044µV - DPM: 1,48E-4µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,319µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 15/04/2002
 Entre 12:40 e 16:00: F.e.m. média: 16120,512µV - Desvio padrão: 0,081µV - DPM: 6,24E-3µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,212µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 16/04/2002
 Entre 11:35 e 14:45: F.e.m. média: 16120,495µV - Desvio padrão: 0,043µV - DPM: 3,42E-3µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,195µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 16/04/2002
 Entre 20:30 e 2:00: F.e.m. média: 16120,586µV - Desvio padrão: 0,046µV - DPM: 2,75E-3µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,286µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 17/04/2002
 Entre 10:20 e 13:20: F.e.m. média: 16120,551µV - Desvio padrão: 0,038µV - DPM: 3,10E-3µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,251µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 03/06/2002
 Entre 0:10 e 1:10: F.e.m. média: 16120,751 μ V - Desvio padrão: 0,048 μ V - DPM: 6,76E-3 μ V
 (Correção do multímetro: -0,3 μ V) Valor corrigido da média: 16120,451 μ V




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 04/06/2002
 Entre 10:00 e 15:30: F.e.m. média: 16120,637 μ V - Desvio padrão: 0,044 μ V - DPM: 2,61E-3 μ V
 (Correção do multímetro: -0,3 μ V) Valor corrigido da média: 16120,337 μ V




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 05/06/2002
 Entre 12:30 e 15:30: F.e.m. média: 16120,589 μ V - Desvio padrão: 0,045 μ V - DPM: 3,64E-3 μ V
 (Correção do multímetro: -0,3 μ V) Valor corrigido da média: 16120,289 μ V




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 06/06/2002
 Entre 12:15 e 15:15: F.e.m. média: 16120,537 μ V - Desvio padrão: 0,039 μ V - DPM: 3,17E-3 μ V
 (Correção do multímetro: -0,3 μ V) Valor corrigido da média: 16120,237 μ V




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 18/06/2002
 Entre 19:10 e 22:40: F.e.m. média: 16120,641 μ V - Desvio padrão: 0,049 μ V - DPM: 3,67E-3 μ V
 (Correção do multímetro: -0,3 μ V) Valor corrigido da média: 16120,341 μ V




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 19/06/2002
 Entre 14:00 e 22:00: F.e.m. média: 16120,552 μ V - Desvio padrão: 0,053 μ V - DPM: 2,99E-3 μ V
 (Correção do multímetro: -0,3 μ V) Valor corrigido da média: 16120,252 μ V




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 27/06/2002
 Entre 13:40 e 17:00: F.e.m. média: 16120,669µV - Desvio padrão: 0,047µV - DPM: 3,57E-3µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,369µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 28/06/2002
 Entre 11:00 e 17:30: F.e.m. média: 16120,545µV - Desvio padrão: 0,045µV - DPM: 2,74E-3µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,245µV




Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 11/07/2002
 Entre 14:00 e 17:30: F.e.m. média: 16120,620µV - Desvio padrão: 0,054µV - DPM: 4,02E-3µV
 (Correção do multímetro: -0,3µV) Valor corrigido da média: 16120,320µV



Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 12/07/2002
 Entre 14:15 e 18:15: F.e.m. média: 16120,528μV - Desvio padrão: 0,046μV - DPM: 3,20E-3μV
 (Correção do multímetro: -0,3μV) Valor corrigido da média: 16120,228μV



Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na fusão da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 24/07/2002
 Entre 21:20 e 1:20: F.e.m. média: 16120,708μV - Desvio padrão: 0,05μV - DPM: 3,74E-3μV
 (Correção do multímetro: -0,3μV) Valor corrigido da média: 16120,408μV



Termopar 8-1006 (tipo AuPt) na solidificação da prata na célula Ag23 (961,78°C) em 13/08/2002
 Entre 12:40 e 20:20: F.e.m. média: 16120,579μV - Desvio padrão: 0,04μV - DPM: 4,30E-3μV
 (Correção do multímetro: -0,3μV) Valor corrigido da média: 16120,279μV

